



EN

FIELD OF USE

- Trevi Coliseum Srl optical frames are class I medical devices (Rule 1 Chapter III of Annex VIII of (EU) Regulation 2017/745), which are principally intended for use in connection with ophthalmic prescription lenses for correcting visual problems.
- Optical frames comply with (EU) Regulation 2017/745.

WARNING

- Adverse contact reactions to materials and treatments used for the frames in particularly sensitive or allergic subjects cannot be ruled out.
- The frame comes with demo lenses that are not intended for use but are designed to only prevent frame warping and allow for a more realistic try-on.

STORAGE AND CLEANING

- When not in use and for transport, keep the spectacle frame in its original case at a temperature between -10 ° C and + 35 ° C.
- Keep away from direct sunlight and avoid exposure to high temperatures, such as the heat in a car without conditioning (e.g. car dashboard), because high temperatures may alter the features of the glasses.
- In case of contact with agents such as salt water (seawater), swimming pool water, chemical products such as make-up, hairspray, sun lotions, and insect repellents, we recommend that you immediately remove such agents using a soft damp cloth.
- In case of wear and tear (e.g. scratched, opaque), we recommend the use of original replacement spare parts.
- Use a damp cloth and mild soap to clean the glasses, then dry them with a soft, clean cloth.
- Do not use solvents (e.g. alcohol, acetone) or aggressive detergents which may alter the features of the glasses.

MARKING

- The model identification mark is on the inside of the product. The date of manufacture is indicated on the individual packaging.

MANUFACTURER

- Trevi Coliseum S.r.l., Zona Industriale Villanova, 19/c 32013 Longarone (BL), Italy

REPORTING/CONTACT

- In case of complaints or anomalies, should you not be able to contact the store where you purchased the product, please forward your request to: TREVI CUSTOMER SERVICE ☎ +39 0437 578211 ✉ info@trevicoliseum.it

IT

ETICHETTATURA MONTATURE DA VISTA

CAMPO D'IMPIEGO

- Le montature da vista fabbricate da Trevi Coliseum Srl sono dispositivi medici di classe I (Regola 1 Capo III dell'allegato VIII del Regolamento (UE) 2017/745) il cui uso principale è l'associazione a lenti oftalmiche di prescrizione per la correzione di difetti visivi.
- Le montature da vista sono conformi al Regolamento (UE) 2017/745.

AVVERTENZE

- Non si può escludere che soggetti particolarmente sensibili o allergici possano manifestare reazioni avverse per contatto con i materiali e trattamenti utilizzati per le montature.
- La montatura viene fornita con lenti di presentazione, che non sono destinate all'uso ma solo a mantenere la forma dell'occhiale e a consentire una prova della montatura più vicina alla realtà finale.

CONSERVAZIONE E PULIZIA

- Quando non in uso e per il trasporto conservare la montatura nella propria custodia originale ad una temperatura compresa tra i -10°C e +35°C :
- Evitare l'esposizione al sole in ambienti chiusi non condizionati (es. cruscotto dell'auto) perché le temperature che si raggiungono in queste condizioni possono danneggiare la funzionalità della montatura.
- In caso di contatto occasionale con agenti come acqua salata (acqua del mare), acqua della piscina, prodotti chimici come cosmetici, lacca per capelli, creme solari e repellenti per insetti si consiglia la rimozione immediata con un panno morbido umidificato.
- In caso di usura (es. graffi, opacità) si consigliano ricambi originali per la sostituzione.
- Per la pulizia utilizzare un panno umido e un normale detergente neutro e asciugare con un panno morbido pulito.
- Evitare l'impiego di solventi (es. alcol e acetone) e detergenti chimici aggressivi che possono compromettere la funzionalità dell'occhiale.

MARCATURA

- L'identificativo del modello si trova all'interno del prodotto. La data di produzione è riportata sul packaging individuale.

FABBRICANTE

- Trevi Coliseum S.r.l., Zona Industriale Villanova, 19/c 32013 Longarone (BL), Italy

SEGNALAZIONI/CONTATTI

- Nel caso non sia possibile contattare il punto vendita dove si è acquistato il prodotto, per reclami o anomalie indirizzare la richiesta a: TREVI CUSTOMER SERVICE ☎ + 39 0437 578211 ✉ info@trevicoliseum.it

FR

ÉTIQUETAGE MONTURES OPTIQUES

DOMAINE D'UTILISATION

- Les montures optiques Trevi Coliseum Srl sont des dispositifs médicaux de classe I (Règle 1 Chapitre III de l'annexe VIII du Règlement (UE) 2017/745), conçu principalement pour être équipé de verres optiques prescrits pour la correction de défauts visuels.
- Les montures optiques sont conformes au Règlement (UE) 2017/745.

AVERTISSEMENTS

- Le risque que le contact avec des matériaux et des traitements utilisés dans la fabrication des montures provoque des réactions indésirables chez des sujets particulièrement sensibles ou allergiques ne peut pas être exclu.
- La monture est fournie avec des verres de présentation, qui ne sont pas destinés à être utilisés et servent uniquement à maintenir la forme des lunettes et à permettre d'essayer la monture de façon à ce que le résultat soit le plus proche possible de la réalité une fois les lunettes montées.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

- Les montures optiques doivent être rangées dans leur étui d'origine à une température comprise entre -10°C et +35°C.
- Éviter l'exposition au soleil dans des espaces fermés privés d'air conditionné (ex. : tableau de bord de la voiture) parce que les températures atteintes dans ces conditions peuvent détériorer les propriétés de la monture.
- En cas de contact ponctuel avec des substances telles que de l'eau salée (eau de mer), de l'eau de piscine, des produits chimiques tels que des cosmétiques, de la laque pour cheveux, des produits solaires et des produits antimoustiques, il est conseillé d'essuyer immédiatement avec un chiffon doux humide.
- En cas d'usure (ex. rayures, opacité), il est conseillé d'utiliser des pièces de rechange originales pour remplacer les pièces abîmées.
- Pour le nettoyage, utiliser un chiffon humide et un détergent neutre et sécher avec un chiffon propre et doux.
- Éviter d'utiliser des solvants (par ex. alcool et acétone) et des détergents chimiques agressifs qui pourraient détériorer les propriétés des lunettes.

MARGUAGE

- Le code d'identification du modèle se trouve à l'intérieur de la monture. La date de production est indiquée sur l'emballage individuel.

FABRICANT

- Trevi Coliseum S.r.l., Zona Industriale Villanova, 19/c 32013 Longarone (BL), Italy

RÉCLAMATIONS/CONTACTS

- Pour toute réclamation ou pour signaler une anomalie, s'il n'est pas possible de contacter le point de vente dans lequel le produit a été acheté, veuillez adresser la demande à : TREVI CUSTOMER SERVICE ☎ + 39 0437 578211 ✉ info@trevicoliseum.it

ES

ETIQUETADO DE MONTURAS DE GAFAS GRADUADAS

CAMPO DE USO

- Las monturas de gafas graduadas Trevi Coliseum Srl son productos sanitarios de clase I (Regla 1, capítulo III del anexo VIII del Reglamento (UE) 2017/745), cuyo uso principal es la asociación con lentes graduadas prescritas para la corrección de defectos visuales.
- Las monturas de gafas graduadas cumplen con el Reglamento (UE) 2017/745.

ADVERTENCIAS

- No se puede excluir que sujetos particularmente sensibles o alérgicos puedan manifestar reacciones adversas debido al contacto con los materiales y tratamientos utilizados para las monturas.
- La montura viene con lentes de presentación no destinadas al uso, sino solo para mantener la forma de las gafas y ofrecer una prueba de la montura más cercana a la realidad final.

CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA

- Las monturas de gafas graduadas deben conservarse a una temperatura entre los -10 °C y + 35 °C en su funda.
- Evite la exposición al sol en ambientes cerrados y no acondicionados (por ejemplo: el tablero de un automóvil), ya que las temperaturas alcanzadas en estas condiciones pueden dañar la funcionalidad de la montura.
- En caso de contacto ocasional con agentes como agua salada (agua de mar), agua de piscina, productos químicos como cosméticos, lacas para el cabello, bloqueadores solares y repelentes de insectos, se recomienda la remoción inmediata con un paño suave húmedo.
- En caso de usura (por ejemplo: arañazos u opacidad), se recomienda la sustitución con repuestos originales.
- Para limpiar, utilizar un paño húmedo y un detergente neutro normal y secar con un paño suave y limpio.
- Evitar el uso de disolventes (por ejemplo: alcohol y acetona) y detergentes químicos agresivos que puedan comprometer la funcionalidad de las gafas.

MARCADO

- El identificador del modelo se encuentra en la parte interna del producto. La fecha de producción se muestra en el empaque individual.

FABRICANTE

- Trevi Coliseum S.r.l., Zona Industriale Villanova, 19/c 32013 Longarone (BL), Italy

NOTIFICACIONES/CONTACTOS

- En caso de que no sea posible contactar con el punto de venta donde se compró el producto, para reclamaciones o anomalías, dirigir la solicitud a: TREVI CUSTOMER SERVICE ☎ + 39 0437 578211 ✉ info@trevicoliseum.it

DE

KENNZEICHNUNG VON KORREKTIONSGESTELLEN

ANWENDBEREICH

- Korrektionsgestelle Trevi Coliseum Srl sind Medizinprodukte der Klasse I (Pravilo 1 Kapitel III Anhng VIII Verordnung (EU) 2017/745), deren wesentlicher Zweck die Verbindung mit ärztlich verschriebenen ophthalmischen Linsen zur Korrektur von Sehfehlern ist.
- Die Korrektionsgestelle sind mit der Verordnung (EU) 2017/745 konform.

HINWEISE

- Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass bei besonders empfindlichen oder zu Allergien neigenden Personen beim Kontakt mit den Materialien und Verarbeitungen, die für die Gestelle verwendet werden, unerwünschte Wirkungen auftreten.
- Das Gestell wird mit Präsentationsgläsern erreicht, die nicht zur Verwendung bestimmt sind, sondern lediglich dem Zweck dienen, die Form der Brille stabil zu erhalten und eine Anprobe zu ermöglichen, die möglichst nah am endgültigen Produkt liegt.

AUFBEWAHRUNG UND REINIGUNG

- Das Korrektionsgestell sollten bei einer Temperatur zwischen -10 °C und +35 °C in seinem Etui aufbewahrt werden.
- Eine Aufbewahrung unter Sonneneinstrahlung in geschlossenen Räumen ohne Klimatisierung (z.B. Armaturenbrett im Auto) sollte vermieden werden, da die Temperaturen, die unter diesen Bedingungen erreicht werden, die Funktionstüchtigkeit des Gestells beeinträchtigen könnten.
- Bei Kontakt mit Reagenzien wie Salzwasser (Meerwasser), Schwimmbeckenwasser, chemischen Produkten wie Kosmetika, Haarspray, Sonnencremes und Insektenschutzmitteln wird empfohlen, die Brille sofort mit einem weichen, feuchten Tuch abzuwischen.
- Bei Verschleiß (z.B. Kratzer, Glanzverlust) wird der Austausch mit Originalersatzteilen empfohlen.
- Reinigung mit feuchtem Tuch und normalem, neutralem Reinigungsmittel, Trocknen mit weichem, sauberem Tuch.
- Die Verwendung von Lösungsmitteln (z.B. Alkohol und Azeton) und aggressiven chemischen Reinigungsmitteln, die die Funktionstüchtigkeit der Brille beeinträchtigen könnten, sollte vermieden werden.

ÖZNAKA

- Identifikációs aznoka modela nalazi se s unutrašnje strane okvira. Datum proizvodnje naveden je na pojedinačnom pakovanju.

PROIZVODIČ

- Trevi Coliseum S.r.l., Zona Industriale Villanova, 19/c 32013 Longarone (BL), Italy

SIGNALERINGER/KONTAKTDATA

- Hvis det ikke er muligt at kontakte det sælgssted, hvor man har købt produktet, kan forespørgsler vedrørende klager eller anomalier rettes til: TREVI CUSTOMER SERVICE ☎ + 39 0437 578211 ✉ info@trevicoliseum.it

MITTELUNGEN/KONTAKTE

- Falls der Verkaufspunkt, bei dem das Produkt erworben wurde, nicht kontaktiert werden kann, wenden Sie sich mit Reklamationen oder Mittellungen zu Fehlern bitte an: TREVI CUSTOMER SERVICE ☎ + 39 0437 578211 ✉ info@trevicoliseum.it

CN

OPZNAČAVANJE DIOPTRIJSKIH OKVIRA

PODRUČJE PRIMJENE

- Dioptrijski okviri Trevi Coliseum Srl predstavljaju medicinska sredstva razreda I (Pravilo 1 Kapitul III Priloga VIII Nařízení (EU) 2017/745), kojih je prvenstveno korište u kombinaciji sa dioptrijskim sočivima za korekciju vida prepisanim od strane lekara.
- Dioptrijski okviri su u skladu s Uredbom (EU) 2017/745.

UPOZORENJE

- Nelze vylučiti, že obzvláště citlivé nebo alergické osoby mohou mít nežádoucí účinky v důsledku kontaktu s materiály a ošetřeními použitými na rámech.
- Rám se dodává s prezentačními čočkami, které nejsou určeny k použití, ale pouze k udržení tvaru brýlí a na umožnění vyzkoušení si rámu, které se více přibližuje konečné podobě.

SKLADOVANÍ A ČIŠTĚNÍ

- Dioptrické rámy se musí skladovat při teplotě mezi -10 °C a +35 °C uložené v jejich příslušném obalu.
- Čištění před sluncem v uzavřeném ne klimatizovaném prostědi (např. přístrojová deska automobilu), protože teploty dosažené v těchto podmínkách mohou poškodit funkčnost rámu.
- V případě příležitostného kontaktu s látkami, jako je slaná voda (mořská voda), voda v bazénu, kosmetika, chemikálie jako kosmetika, sprej na vlasy, opalovací krém a repelent, doporučujeme jejich okamžitě odstránění pomocí měkkého navlhčeného hadříku.
- V případě potřeby (např. skvrny, opacita) doporučujeme výměnu za originální náhradní díly.
- K čištění použijte navlhčený hadřík a běžný neutrální čistící prostředek, vyсуšte čistým měkkým hadříkem.
- Nepoužívejte rozpouštědla (např. alkohol a aceton) a agresivní chemické čistící prostředky, které mohou ohrozit funkčnost brýlí.
- Při čištění použijte měkký hadřík a běžný neutrální prostředek na čištění (např. alkohol a aceton) a agresivní chemikálie, které mohou ohrozit funkčnost brýlí.

ZNÁČKOVÁNÍ

- Identifikační model se nachází ve vnitřní části výrobku. Datum výroby je uveden na samostatném obalu.

VÝROBCE

- Trevi Coliseum S.r.l., Zona Industriale Villanova, 19/c 32013 Longarone (BL), Italy

OPZNAČENJE DIOPTRICKIH RAMU

- Dioptrijske ramje Trevi Coliseum Srl su medicinska sredstva razreda I (Regel 1 Kapitel III bilag VIII til Forordning (EU) 2017/745), hvis hovedanvendelse er associationen med ordinerede oftalmologiske linser til korrektion af synsfejl.
- Silmalasinkeshten ovat asetuksen (EU) 2017/745 mukaiset.

OPZNAČENJE DIOPTRICKÝCH RÁMŮ

- Dioptrijské rámy Trevi Coliseum Srl jsou zdravotnické prostředky třídy I (Pravidlo 1 Kapitola III Příloha VIII Nařízení (EU) 2017/745), jejichž hlavní použití je sloužit s dioptrijskými čočkami za účelem korekce zrakových vad.
- Silmalasinkeshten ovat asetuksen (EU) 2017/745 mukaiset.

OPZNAČAVANJE DIOPTRICKÝCH RÁMŮ

- Dioptrijské rámy Trevi Coliseum Srl jsou zdravotnické prostředky třídy I (Pravidlo 1 Kapitola III Příloha VIII Nařízení (EU) 2017/745), jejichž hlavní použití je sloužit s dioptrijskými čočkami za účelem korekce zrakových vad.
- Silmalasinkeshten ovat asetuksen (EU) 2017/745 mukaiset.

DA

OPZNAČAVANJE DIOPTRICKÝCH RÁMŮ

OPZNAČAVANJE DIOPTRICKÝCH RÁMŮ

- Dioptrijske ramje Trevi Coliseum Srl su medicinska sredstva razreda I (Regel 1 Kapitel III bilag VIII til Forordning (EU) 2017/745), hvis hovedanvendelse er associationen med ordinerede oftalmologiske linser til korrektion af synsfejl.
- Silmalasinkeshten ovat asetuksen (EU) 2017/745 mukaiset.

OPZNAČAVANJE DIOPTRICKÝCH RÁMŮ

- Dioptrijské rámy Trevi Coliseum Srl jsou zdravotnické prostředky třídy I (Pravidlo 1 Kapitola III Příloha VIII Nařízení (EU) 2017/745), jejichž hlavní použití je sloužit s dioptrijskými čočkami za účelem korekce zrakových vad.
- Silmalasinkeshten ovat asetuksen (EU) 2017/745 mukaiset.

OPZNAČAVANJE DIOPTRICKÝCH RÁMŮ

- Dioptrijské rámy Trevi Coliseum Srl jsou zdravotnické prostředky třídy I (Pravidlo 1 Kapitola III Příloha VIII Nařízení (EU) 2017/745), jejichž hlavní použití je sloužit s dioptrijskými čočkami za účelem korekce zrakových vad.
- Silmalasinkeshten ovat asetuksen (EU) 2017/745 mukaiset.

OPZNAČAVANJE DIOPTRICKÝCH RÁMŮ

- Dioptrijské rámy Trevi Coliseum Srl jsou zdravotnické prostředky třídy I (Pravidlo 1 Kapitola III Příloha VIII Nařízení (EU) 2017/745), jejichž hlavní použití je sloužit s dioptrijskými čočkami za účelem korekce zrakových vad.
- Silmalasinkeshten ovat asetuksen (EU) 2017/745 mukaiset.

OPZNAČAVANJE DIOPTRICKÝCH RÁMŮ

- Dioptrijské rámy Trevi Coliseum Srl jsou zdravotnické prostředky třídy I (Pravidlo 1 Kapitola III Příloha VIII Nařízení (EU) 2017/745), jejichž hlavní použití je sloužit s dioptrijskými čočkami za účelem korekce zrakových vad.
- Silmalasinkeshten ovat asetuksen (EU) 2017/745 mukaiset.

OPZNAČAVANJE DIOPTRICKÝCH RÁMŮ

- Dioptrijské rámy Trevi Coliseum Srl jsou zdravotnické prostředky třídy I (Pravidlo 1 Kapitola III Příloha VIII Nařízení (EU) 2017/745), jejichž hlavní použití je sloužit s dioptrijskými čočkami za účelem korekce zrakových vad.
- Silmalasinkeshten ovat asetuksen (EU) 2017/745 mukaiset.

OPZNAČAVANJE DIOPTRICKÝCH RÁMŮ

- Dioptrijské rámy Trevi Coliseum Srl jsou zdravotnické prostředky třídy I (Pravidlo 1 Kapitola III Příloha VIII Nařízení (EU) 2017/745), jejichž hlavní použití je sloužit s dioptrijskými čočkami za účelem korekce zrakových vad.
- Silmalasinkeshten ovat asetuksen (EU) 2017/745 mukaiset.

CS

OPZNAČAVANJE DIOPTRICKÝCH RÁMŮ

OPZNAČAVANJE DIOPTRICKÝCH RÁMŮ

- Dioptrijske ramje Trevi Coliseum Srl su medicinska sredstva razreda I (Regel 1 Kapitel III bilag VIII til Forordning (EU) 2017/745), hvis hovedanvendelse er associationen med ordinerede oftalmologiske linser til korrektion af synsfejl.
- Silmalasinkeshten ovat asetuksen (EU) 2017/745 mukaiset.

OPZNAČAVANJE DIOPTRICKÝCH RÁMŮ

- Dioptrijské rámy Trevi Coliseum Srl jsou zdravotnické prostředky třídy I (Pravidlo 1 Kapitola III Příloha VIII Nařízení (EU) 2017/745), jejichž hlavní použití je sloužit s dioptrijskými čočkami za účelem korekce zrakových vad.
- Silmalasinkeshten ovat asetuksen (EU) 2017/745 mukaiset.

OPZNAČAVANJE DIOPTRICKÝCH RÁMŮ

- Dioptrijské rámy Trevi Coliseum Srl jsou zdravotnické prostředky třídy I (Pravidlo 1 Kapitola III Příloha VIII Nařízení (EU) 2017/745), jejichž hlavní použití je sloužit s dioptrijskými čočkami za účelem korekce zrakových vad.
- Silmalasinkeshten ovat asetuksen (EU) 2017/745 mukaiset.

OPZNAČAVANJE DIOPTRICKÝCH RÁMŮ

- Dioptrijské rámy Trevi Coliseum Srl jsou zdravotnické prostředky třídy I (Pravidlo 1 Kapitola III Příloha VIII Nařízení (EU) 2017/745), jejichž hlavní použití je sloužit s dioptrijskými čočkami za účelem korekce zrakových vad.
- Silmalasinkeshten ovat asetuksen (EU) 2017/745 mukaiset.

OPZNAČAVANJE DIOPTRICKÝCH RÁMŮ

- Dioptrijské rámy Trevi Coliseum Srl jsou zdravotnické prostředky třídy I (Pravidlo 1 Kapitola III Příloha VIII Nařízení (EU) 2017/745), jejichž hlavní použití je sloužit s dioptrijskými čočkami za účelem korekce zrakových vad.
- Silmalasinkeshten ovat asetuksen (EU) 2017/745 mukaiset.

OPZNAČAVANJE DIOPTRICKÝCH RÁMŮ

- Dioptrijské rámy Trevi Coliseum Srl jsou zdravotnické prostředky třídy I (Pravidlo 1 Kapitola III Příloha VIII Nařízení (EU) 2017/745), jejichž hlavní použití je sloužit s dioptrijskými čočkami za účelem korekce zrakových vad.
- Silmalasinkeshten ovat asetuksen (EU) 2017/745 mukaiset.

OPZNAČAVANJE DIOPTRICKÝCH RÁMŮ

- Dioptrijské rámy Trevi Coliseum Srl jsou zdravotnické prostředky třídy I (Pravidlo 1 Kapitola III Příloha VIII Nařízení (EU) 2017/745), jejichž hlavní použití je sloužit s dioptrijskými čočkami za účelem korekce zrakových vad.
- Silmalasinkeshten ovat asetuksen (EU) 2017/745 mukaiset.

DA

OPZNAČAVANJE DIOPTRICKÝCH RÁMŮ

OPZNAČAVANJE DIOPTRICKÝCH RÁMŮ

- Dioptrijske ramje Trevi Coliseum Srl su medicinska sredstva razreda I (Regel 1 Kapitel III bilag VIII til Forordning (EU) 2017/745), hvis hovedanvendelse er associationen med ordinerede oftalmologiske linser til korrektion af synsfejl.
- Silmalasinkeshten ovat asetuksen (EU) 2017/745 mukaiset.

OPZNAČAVANJE DIOPTRICKÝCH RÁMŮ

- Dioptrijské rámy Trevi Coliseum Srl jsou zdravotnické prostředky třídy I (Pravidlo 1 Kapitola III Příloha VIII Nařízení (EU) 2017/745), jejichž hlavní použití je sloužit s dioptrijskými čočkami za účelem korekce zrakových vad.
- Silmalasinkeshten ovat asetuksen (EU) 2017/745 mukaiset.

OPZNAČAVANJE DIOPTRICKÝCH RÁMŮ

- Dioptrijské rámy Trevi Coliseum Srl jsou zdravotnické prostředky třídy I (Pravidlo 1 Kapitola III Příloha VIII Nařízení (EU) 2017/745), jejichž hlavní použití je sloužit s dioptrijskými čočkami za účelem korekce zrakových vad.
- Silmalasinkeshten ovat asetuksen (EU) 2017/745 mukaiset.

OPZNAČAVANJE DIOPTRICKÝCH RÁMŮ

- Dioptrijské rámy Trevi Coliseum Srl jsou zdravotnické prostředky třídy I (Pravidlo 1 Kapitola III Příloha VIII Nařízení (EU) 2017/745), jejichž hlavní použití je sloužit s dioptrijskými čočkami za účelem korekce zrakových vad.
- Silmalasinkeshten ovat asetuksen (EU) 2017/745 mukaiset.

OPZNAČAVANJE DIOPTRICKÝCH RÁMŮ

- Dioptrijské rámy Trevi Coliseum Srl jsou zdravotnické prostředky třídy I (Pravidlo 1 Kapitola III Příloha VIII Nařízení (EU) 2017/745), jejichž hlavní použití je sloužit s dioptrijskými čočkami za účelem korekce zrakových vad.
- Silmalasinkeshten ovat asetuksen (EU) 2017/745 mukaiset.

OPZNAČAVANJE DIOPTRICKÝCH RÁMŮ

- Dioptrijské rámy Trevi Coliseum Srl jsou zdravotnické prostředky třídy I (Pravidlo 1 Kapitola III Příloha VIII Nařízení (EU) 2017/745), jejichž hlavní použití je sloužit s dioptrijskými čočkami za účelem korekce zrakových vad.
- Silmalasinkeshten ovat asetuksen (EU) 2017/745 mukaiset.

OPZNAČAVANJE DIOPTRICKÝCH RÁMŮ

- Dioptrijské rámy Trevi Coliseum Srl jsou zdravotnické prostředky třídy I (Pravidlo 1 Kapitola III Příloha VIII Nařízení (EU) 2017/745), jejichž hlavní použití je sloužit s dioptrijskými čočkami za účelem korekce zrakových vad.
- Silmalasinkeshten ovat asetuksen (EU) 2017/745 mukaiset.

ET

OPZNAČAVANJE DIOPTRICKÝCH RÁMŮ

OPZNAČAVANJE DIOPTRICKÝCH RÁMŮ

- Dioptrijske ramje Trevi Coliseum Srl su medicinska sredstva razreda I (Regel 1 Kapitel III bilag VIII til Forordning (EU) 2017/745), hvis hovedanvendelse er associationen med ordinerede oftalmologiske linser til korrektion af synsfejl.
- Silmalasinkeshten ovat asetuksen (EU) 2017/745 mukaiset.

OPZNAČAVANJE DIOPTRICKÝCH RÁMŮ

- Dioptrijské rámy Trevi Coliseum Srl jsou zdravotnické prostředky třídy I (Pravidlo 1 Kapitola III Příloha VIII Nařízení (EU) 2017/745), jejichž hlavní použití je sloužit s dioptrijskými čočkami za účelem korekce zrakových vad.
- Silmalasinkeshten ovat asetuksen (EU) 2017/745 mukaiset.







